

## Certifikát kvality

Název produktu : **Bosphore Candida Basic Panel Kit v2**  
Katalog. číslo : **ABCAB4-5-6**  
Číslo šarže : **SV9003**  
Datum expirace : **02.2025**

### Kontrola kvality

Senzitivita a reprodukovatelnost všech komponent obsažených v Bosphore Candida Basic Panel Kit v2 byly testovány v experimentu kontroly kvality Real-Time PCR provedeném dne 21.08.2023. Funkčnost soupravy byla ověřena s ohledem na akceptační kritéria uvedená v uživatelské příručce.

### Doprava a skladování

Bosphore Candida Basic Panel Kit v2 se dodává na suchém ledu. Měl by být skladován ihned po obdržení při -20°C v mrazáku při konstantní teplotě a chráněn před světlem. Při správném skladování a správné manipulaci mohou být produkty uchovány minimálně do data expirace, aniž by došlo ke snížení výkonnostních charakteristik.

Vydal: \_\_\_\_\_ **Ozancan Ulaş** \_\_\_\_\_

Datum: 21.08.2023

