



Certifikát kvality

Název produktu: NX-48S Bacterial DNA Kit
Číslo kategorie: BD156
Šarže: CBD156-230313
Datum expirace: 2024-03-12

Datum analýzy: 2023-03-13
Datum vydání: 2023-03-13
Skladovací podmínky: 15~35°C

Kontrola kvality

Tato šarže byla testována na efektivitu izolace DNA/RNA pomocí izolátoru NX-48S (výrobce Genolution Inc., Republika Korea), Kontrolou izolace DNA 560 (výrobce Meridian Inc., USA) a zařízením pro PCR CFX96 (výrobce Bio-Rad).

Data z kontroly kvality

q-PCR Data

Opakování	Specifikace	Ct hodnota
1	Požadovaná Ct hodnota 29 ± 2	30.63
2		31.04
3		30.82

Naměřené hodnoty potvrzují, že testovaná šarže splňuje požadovanou specifikaci.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "황준호" (Hwang Junho).

Junho Hwang
Assistant Manager

2023-03-13

Datum