



Certifikát kvality

Název produktu: NX-48S Bacterial DNA Kit
Číslo kategorie: BD166
Šarže: CBD166-230222
Datum expirace: 2024-02-21

Datum analýzy: 2023-02-22
Datum vydání: 2023-02-22
Skladovací podmínky: 15~35°C

Kontrola kvality

Tato šarže byla testována na efektivitu izolace DNA/RNA pomocí izolátoru NX-48S (výrobce Genolution Inc., Republika Korea), Kontrolou izolace DNA 560 (výrobce Meridian Inc., USA) a zařízením pro PCR CFX96 (výrobce Bio-Rad).

Data z kontroly kvality

q-PCR Data

Opakování	Specifikace	Ct hodnota
1	Požadovaná Ct hodnota 29 ± 2	29.77
2		29.96
3		29.77

Naměřené hodnoty potvrzují, že testovaná šarže splňuje požadovanou specifikaci.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "황준호" (Hwang Junho).

Junho Hwang
Assistant Manager

2023-02-22

Datum