



Certifikát kvality

Název produktu: NX-48S Viral NA Kit
Číslo kategorie: VN143
Šarže: CVN143-230901
Datum expirace: 2024-08-31

Datum analýzy: 2023-09-01
Datum vydání: 2023-09-01
Skladovací podmínky: 15~35°C

Kontrola kvality

Tato šarže byla testována na efektivitu izolace DNA/RNA pomocí izolátoru NX-48S (výrobce Genolution Inc., Republika Korea), Kontrolou izolace DNA 560 (výrobce Meridian Inc., USA) a zařízením pro PCR CFX96 (výrobce Bio-Rad).

Data z kontroly kvality

q-PCR Data

Opakování	Specifikace	Ct hodnota
1	Požadovaná Ct hodnota 28 ± 2	27.63
2		27.77
3		28.04

Naměřené hodnoty potvrzují, že testovaná šarže splňuje požadovanou specifikaci.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "황준호" (Hwang Junho).

Junho Hwang
Manager

2023-09-01

Datum