



## Certifikát kvality

**Název produktu:** NX-48S Bacterial DNA Kit  
**Číslo kategorie:** BD146  
**Šarže:** CBD146-230428  
**Datum expirace:** 2024-04-27

**Datum analýzy:** 2023-04-28  
**Datum vydání:** 2023-04-28  
**Skladovací podmínky:** 15~35°C

### Kontrola kvality

Tato šarže byla testována na efektivitu izolace DNA/RNA pomocí izolátoru NX-48S (výrobce Genolution Inc., Republika Korea), Kontrolou izolace DNA 560 (výrobce Meridian Inc., USA) a zařízením pro PCR CFX96 (výrobce Bio-Rad).

### Data z kontroly kvality

#### q-PCR Data

| Opakování | Specifikace                     | Ct hodnota |
|-----------|---------------------------------|------------|
| 1         | Požadovaná Ct hodnota<br>29 ± 2 | 31.28      |
| 2         |                                 | 30.97      |
| 3         |                                 | 30.71      |

Naměřené hodnoty potvrzují, že testovaná šarže splňuje požadovanou specifikaci.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "황준호" (Hwang Junho).

Junho Hwang  
Assistant Manager

2023-04-28

Datum